

メプチンスイングヘラー

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	防湿キャップを開ける					
	<表（水平）>を上に向けて水平に持ち、押しボタンを“カチッ”と音がするまで押すことができる					
	指の力を抜いてボタンを元の位置に戻すことができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を隙間ができないように、くわえることができる					
	空気取り入れ口をふさがないように持つことができる					
	はやく深く吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
2吸入する場合は1分程度の間をおいて手技を繰り返す						
吸入後	防湿キャップをしっかり閉じることができる					
	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	吸入口を、乾いた布などで拭きとることができる ※水洗厳禁 保護キャップをつけて、携帯袋に入れて保管					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

メプチンスイングヘラー

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	防湿キャップを開ける					
	<表（水平）>を上に向けて水平に持ち、押しボタンを“カチッ”と音がするまで押すことができる					
	指の力を抜いてボタンを元の位置に戻すことができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を隙間ができないように、くわえることができる					
	空気取り入れ口をふさがないように持つことができる					
	はやく深く吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
2吸入する場合は1分程度の間をおいて手技を繰り返す						
吸入後	防湿キャップをしっかり閉じることができる					
	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	吸入口を、乾いた布などで拭きとることができる ※水洗厳禁 保護キャップをつけて、携帯袋に入れて保管					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

