

吸入補助器(エアロチャンバー・プラス)

病名

名前

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	キャップを外し、アルミ缶を3～4回振ることができる					
	エアロチャンバーの接続部にしっかりはめ込むことができる ☆					
吸入	エアロチャンバーのキャップを外し、吸入口を口にくわえることができる					
	フローインジケータで、空気漏れのないことを確認できる					
	アルミ缶の底を強く1回押し、ゆっくり大きく息を吸い込み、吸入口から口を離して約5秒間息を止めることができる。呼吸が浅い場合は2、3回に分けて吸入する。 *エアロチャンバーから笛の様な音がしたら、しない程度にゆっくり息を吸う					
吸入後	ゆっくり息を吐くことができる					
	**複数回行う場合は、上記吸入を繰り返す					
	エアロチャンバーからポンベをはずして各々にキャップをすることができる					
	うがいができる (ブクブク、ガラガラを各2回)					
その他	☆レスキュー用の吸入剤で1週間以上使用しなかった場合は、エアロチャンバーに接続する前に、2回空噴霧する					
確認者 (医師・看護師・薬剤師) サイン						

※次回外来時にお持ちください。

リスト改訂日2019.07.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

吸入補助器(エアロチャンバー・プラス)

病名

名前

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	キャップを外し、アルミ缶を3～4回振ることができる					
	エアロチャンバーの接続部にしっかりはめ込むことができる ☆					
吸入	エアロチャンバーのキャップを外し、吸入口を口にくわえることができる					
	フローインジケータで、空気漏れのないことを確認できる					
	アルミ缶の底を強く1回押し、ゆっくり大きく息を吸い込み、吸入口から口を離して約5秒間息を止めることができる。呼吸が浅い場合は2、3回に分けて吸入する。 *エアロチャンバーから笛の様な音がしたら、しない程度にゆっくり息を吸う					
吸入後	ゆっくり息を吐くことができる					
	**複数回行う場合は、上記吸入を繰り返す					
	エアロチャンバーからポンベをはずして各々にキャップをすることができる					
	うがいができる (ブクブク、ガラガラを各2回)					
その他	☆レスキュー用の吸入剤で1週間以上使用しなかった場合は、エアロチャンバーに接続する前に、2回空噴霧する					
確認者 (医師・看護師・薬剤師) サイン						

※次回外来時にお持ちください。

リスト改訂日2019.07.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします