

エクリラ ジェヌエア

吸入チェック項目		病名	名前			
		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		／	／	／	／	／
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる					
	吸入器を水平に持つことができる					
	ボタンを下までしっかり押すことができる					
	信号が赤色から緑色に変わったことが確認できる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽くくわえることができる					
	強く深く吸入することができる					
	吸入時、「カチッ」と音が聞こえ、信号が緑色から赤色に変わったことが確認できる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
吸入後	キャップを閉じることができる					
	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください リスト改訂日2019.07.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

エクリラ ジェヌエア

吸入チェック項目		病名	名前			
		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		／	／	／	／	／
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる					
	吸入器を水平に持つことができる					
	ボタンを下までしっかり押すことができる					
	信号が赤色から緑色に変わったことが確認できる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽くくわえることができる					
	強く深く吸入することができる					
	吸入時、「カチッ」と音が聞こえ、信号が緑色から赤色に変わったことが確認できる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
吸入後	キャップを閉じることができる					
	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください リスト改訂日2019.07.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします