

ビレーズトリ、ビベスピ

吸入チェック項目		病名					名前				
		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい									
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
準備 <初回のみ>	缶をよく振り、1回空噴霧を4度繰り返すことができる										
洗浄後・ 前回使用より 7日以上経過 している時	缶をよく振り、1回空噴霧を2度繰り返すことができる										
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる										
	缶をよく振ることができる										
	缶を逆さにして水平に正しく構えることができる										
吸入	苦しなくなる程度に息を吐き出すことができる ※ 吸入口に息を吹き込まない										
	吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる										
	息を吸い始めると同時にポンベの底を強く押して、ゆっくり深く吸入することができる										
	吸入口から口を離し、口を閉じて3秒程度の息止めができる										
	ゆっくり息を吐くことができる										
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）										
洗浄：週1回	アクアチュエーターから缶とキャップを外すことができる （缶は濡らさない）										
	アクアチュエーターの中を約30秒ぬるま湯で洗い流すことができる										
	アクアチュエーターを逆さまにして30秒ぬるま湯で洗い流すことができる										
	アクアチュエーターをよく振り、風通しのよい場所で乾燥させることができる（濡れているうちは、缶をセットしない）										
	アクアチュエーターが完全に乾いたら、薬がでないように、缶をアクアチュエーターに差し込むことができる										
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン											

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2021.03.08

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

ビレーズトリ、ビベスピ

吸入チェック項目		病名					名前				
		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい									
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
準備 <初回のみ>	缶をよく振り、1回空噴霧を4度繰り返すことができる										
洗浄後・ 前回使用より 7日以上経過 している時	缶をよく振り、1回空噴霧を2度繰り返すことができる										
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる										
	缶をよく振ることができる										
	缶を逆さにして水平に正しく構えることができる										
吸入	苦しなくなる程度に息を吐き出すことができる ※ 吸入口に息を吹き込まない										
	吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる										
	息を吸い始めると同時にポンベの底を強く押して、ゆっくり深く吸入することができる										
	吸入口から口を離し、口を閉じて3秒程度の息止めができる										
	ゆっくり息を吐くことができる										
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）										
洗浄：週1回	アクアチュエーターから缶とキャップを外すことができる （缶は濡らさない）										
	アクアチュエーターの中を約30秒ぬるま湯で洗い流すことができる										
	アクアチュエーターを逆さまにして30秒ぬるま湯で洗い流すことができる										
	アクアチュエーターをよく振り、風通しのよい場所で乾燥させることができる（濡れているうちは、缶をセットしない）										
	アクアチュエーターが完全に乾いたら、薬がでないように、缶をアクアチュエーターに差し込むことができる										
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン											

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2021.03.08

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします